



De draagbare zuurstof analyzer, model 3110 van Teledyne Analytical Instruments, kan optioneel uitgevoerd worden met een monstername voorbereiding (sampling) systeem voor rechtstreekse aansluiting op uw monsternamepunt inclusief verwijdering van vocht en vuildeeltjes en eventueel aanvullend gasdruk reductie. Het standaard systeem (optie SYS-1) is vast gemonteerd op de zijkant van de 3110 analyzer en de gehele unit past in een meegeleverde draagkoffer.

Standaard sampling system voor 3110 draagbare zuurstof analyzer

Optie -SYS-1

- Gemonteerd op zijkant 3110 analyzer
 - Inlaat particle filter 0.01 μm (aluminium / ABS body)
 - Flow regel afsluiter (RVS)
 - VA flow meter (acrylaat)
 - Aansluitslang (nylon) op analyzer vent uitgang
 - Tubing / fittingen (SS316)
- Optioneel: Flexibele aansluitslang naar analyzer ingang (synthetische vezel met polyamide mantel)



Optie -SYS-1SS

Idem als SYS-1 echter met roestvrijstalen particle / coalescing filter en glazen buis flowmeter

Sample druk:	Max. 150 PSIG (2,1 BarG)	Aansluiting sample inlaat:	1/8" OD (*)
Sample temperatuur :	Max. +50°C		
Sample flow:	0 – 60 nl/u		



Optie -SYS-P1SS

Draagbaar / vrijstaand sampling systeem voor 3110 serie zuurstof analyzer

- Vrijstaande montageplaat (Trespa)
- Montagesteun 3110 analyzer
- Afsluiter inlaat (SS-316)
- Inlaat filter (SS-316)
- Druk reduceer enkeltraps (SS-316)
- VA flow meter glazen buis met regel ventiel (glas / SS-316)
- Leidingwerk / fittingen (SS-316)
- Optioneel: aansluitslang voor sample inlaat L = 1.000 mm (SS-316)

Sample druk:	Max. 200 BarG	Aansluiting sample inlaat:	1/4" OD of 6 mm OD (*)
Sample temperatuur :	Max. +50°C	Aansluiting sample uitlaat:	1/4" OD of 6 mm OD (*)
Sample flow:	0 – 60 nl/u		

Materialen "wetted parts": SS-316
Afmetingen: H 450 x W 450 x D 300 mm

(*)

s.v.p. contacteer Inventech voor alternatieve opties



Opmerking: Specificaties en uitvoering kunnen per applicatie afwijken en Inventech Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om zonder mededelingen vooraf wijzingen aan het standaard ontwerp door te voeren.